


Jeringa precargada con gránulos óseos BIOBank



- 1 Desenroscar la mariposa
- 2 Aspirar el líquido, solución estéril de cloruro de sodio
- 3 Expulsar el exceso de líquido empujando el pistón
- 4 Cerrar nuevamente con la mariposa
- 5 Dejar en contacto con el líquido durante 10 minutos
- 6 Desenrosque la tapa del cuerpo de la jeringa
- 7 Empuje el pistón para introducir los gránulos óseos rehidratados